



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



**Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област**

ЗАПОВЕД

№ А 56

София, 31.01.2023г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.т. 3 и 4, чл. 28, ал. 1 чл. 30, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. № 21/8 ЛК/ПА/РО/14.07.2022г., Доклад №21/8ЛК/ПАРО/4В/07.11.2022г., и становище на Комисията по акредитация рег. № 21/8 ЛК/ПА/РО/В/26.01.2023г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ на
„КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД
ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ НА СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА МАСА

Адрес на управление и лаборатория:

4003 гр. Пловдив, кв. Северен, ул. „Брезовско шосе” №149

Да извършва калибриране на:

Тип обхват: фиксиран					
№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Възможност за калибриране и измерване (СМС)	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1.	Теглилки клас М	kg	5 kg	87 mg	Сравнителен метод МК 702-01/2020
			10 kg	100 mg	
			20 kg	110 mg	
			1000 kg	16 g	
2.	Везни клас I	kg	до 500 g	0,075 mg	Сравнителен метод МК 702-02/2020
3.	Везни клас II	kg	от 0,002 g до 500 g	от 0,8 mg до 11 mg	Сравнителен метод МК 702-02/2020
			от 500 g до 6 000 g	от 11 mg до 19 mg	
			от 6000 g до 41 000 g	от 19 mg до 200 mg	
4.	Везни клас III и IIII	kg	от 0,002 kg до 100 kg	от 0,6 g до 8 g	Сравнителен метод МК 702-02/2020
			от 100 kg до 500 kg	от 8 g до 50 g	
			от 500 kg до 2 000 kg	от 50 g до 210 g	
			от 2000 kg до 10 000 kg	от 210 g до 1 kg	
			от 10 000 kg до 80 000 kg	от 1 kg до 12,9 kg	

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Забележка:

1. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.1 се извършва в лабораторията
2. Калибрирането на средствата за измерване, посочени в т.2, т.3 и т.4 се извършва на място при клиента.

Позоваване:

МК 702-01/2020 "Методика за калибриране на теглилки"

МК 702-02/2020 "Методика за калибриране на везни електронни и циферблатни"

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 8 ЛК/31.01.2023г. валиден до 31.01.2027г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД, гр. Пловдив, ръководителя на Лаборатория за калибриране на средства за измерване на маса при „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 8 ЛК, издаден на 01.03.2022 г., валиден до 31.01.2023 г. и приложение заповед за акредитация № А 168/01.03.2022 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „КОНТРОЛ ИНЖЕНЕРИНГ“ ООД гр. Пловдив в 3 (три) - дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация“

