



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие  
*Инвестираме във вашето бъдеще*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„Развитие на конкурентоспособността  
на българската икономика” 2007-2013  
[www.opcompetitiveness.bg](http://www.opcompetitiveness.bg)

Изх. № 136-17/Е

Дата 19.02.2014г.

ДО

## **ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

**Относно:** Процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на глава V от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:  
**„Доставка на еталони и сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за нуждите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”**

### **УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,**

На основание чл. 29, ал. 1 от ЗОП, в отговор на постъпило писмено искане от участник за становище във връзка с участие в открита процедура с опростени правила за възлагане на обществена поръчка с предмет: **„Доставка на еталони и сертифицирани сравнителни материали (ССМ) за нуждите на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”**, открита с Решение № 5/12.02.2014г. на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация”, Ви предоставяме разяснения, както следва:

**Въпрос 1:** В точка 2.6 от „Документация за участие в открита процедура по ...” е записано:

„2.6. Доказателства за спазване на изискванията на Закона за измерванията, Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и начина на използване и съхраняване на еталоните и Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА, BAS QR 27:

- По обособена позиция 1 Еталони:

Следва да се предоставят актуални свидетелства /сертификат/ за калибриране от производителя и акредитирана лаборатория или Национален институт по метрология”

Как да разбирате и изпълним изискването „да се предоставят актуални свидетелства /сертификати/ да калибриране”



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие  
*Инвестираме във вашето бъдеще*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„Развитие на конкурентоспособността  
на българската икономика” 2007-2013  
[www.opcompetitiveness.bg](http://www.opcompetitiveness.bg)

Съгласно изискванията на т. 5.10 от БДС EN ISO/IEC 17025 се изисква в свидетелството за калибриране еталона да бъде напълно идентифициран (производител, тип и сериен номер). Съгласно това изискване свидетелството за калибриране се издава за конкретния еталон (средство за измерване), със своя идентификационен номер.

Във връзка с горе цитираното не е възможно да се представят актуални свидетелства /сертификати/ за калибриране на еталоните, след като те не са калибрирани (в чести случаи дори не са произведени), защото никой от участниците няма яснота дали ще спечели поръчката.

**Отговор:** Актуални свидетелства /сертификати/ за калибриране на еталоните следва да бъдат представени от участника, избран за изпълнител при доставката на еталоните. На етап изготвяне на оферта, участниците следва да представят доказателства, че ще спазят изискванията на Закона за измерванията, Наредбата за реда за утвърждаване на националните еталони на Република България и начина на използване и съхраняване на еталоните и Процедура за прилагане на политиката за проследимост на ИА БСА, BAS QR 27, като доставените еталони, в случай на избор на участника за изпълнител бъдат придружени с актуални свидетелства /сертификат/ за калибриране от производителя и акредитирана лаборатория или Национален институт по метрология”.

**Въпрос 2:** В точка 2.8 от „Документация за участие в открита процедура по ...” е записано:

2.8. Евросертификат CE Mark (Декларация за съответствие) или еквивалент за предлаганата техника от производителя;”

За нито един от артикулите по Обособена позиция 1 няма Европейски регулации (няма Директиви на ЕС).

Как да разбирате и изпълним изискването да се представят Евросертификат CE Mark (Декларация за съответствие) или еквивалент, след като за тези артикули липсват Европейски регулации?

**Отговор:** Евросертификат CE Mark (Декларация за съответствие) или еквивалент за предлаганата техника от производителя се представят за тези еталони и/или сертифицирани сравнителни материали, за които изрично се изисква наличие на такъв в приложимите нормативни документи в България и Европейския съюз.



ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ  
Европейски фонд  
за регионално развитие  
*Инвестираме във вашето бъдеще*



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА  
„Развитие на конкурентоспособността  
на българската икономика” 2007-2013  
[www.opcompetitiveness.bg](http://www.opcompetitiveness.bg)

**Въпрос 3:** В точка: „II. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ, 1. Дейности и очаквани резултати, 1.1. Описание на дейностите” и „ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ” е записано:

3. Еталонен резистор (калибриран) – 2 броя.

Еталонния резистор трябва да е:

- с номинална стойност 1 см и 100 ома;
- с клас на точност 0.01;
- неопределеност: по-малко или равно на 1 ppm.

Как да разбираме изискването „с номинална стойност 1 см и 100 ома”?

Каква е дименсията 1 см?

Ако е допусната техническа грешка и 1 см трябва да се разбира 1 ом, то един резистор може да има само една номинална стойност!

Колко е общият брой резисторите в поръчката?

**Отговор:** Допусната е техническа грешка, като е посочено 1 см вместо 1 ом.

Резисторите са два броя, единият от които с номинална стойност 1 ом, вторият с номинална стойност 100 ома.

С уважение,

**инж. ЕЛЗА ЯНЕВА**

*Изпълнителен директор на ИА  
„Българска служба за акредитация”  
и Ръководител на проекта*

(п)