РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация
Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 305

София, 26.07.2024 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и точка 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 9/96 ОКС/ПА/20.12.2023 г., доклад от оценка № 9/96 ОКС/ПА/3/В/15.03.2024г., становище на Комисия по акредитация № 9/96 ОКА/ПА/4/В/2024г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ „НДТЕК" ОТ ВИДА С ПРИ "ОМЕЛ НДТ ЕК" ЕООД

Адрес на управление: 1151 с. Лозен, Столична община, ул. „Маркова ливада" №24А
Адрес на офис: 1151 с. Лозен, Столична община, ул. „Съединение" № 116 В

Да извършва контрол на:

Тип обхват: гъвкав

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Апаратура за ултразвуково изпитване	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Външен вид и окомплектовка на апаратурата; Идентификация; Маркировка; Стабилност след загряване; Трептене на изображението; Стабилност при вариране на напрежението; Напрежение на предавателния импулс; Време за нарастване на предавателния импулс; Продължителност на предавателния импулс; Честотна характеристика на приемника (усилвателя);	БДС EN ISO 22232-1 БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3) ОММ -1 Процедура за контрол на апаратура за ултразвуково изпитване	БДС EN ISO 22232-1 БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3) Техническа спецификация

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

МО ОРИГИНАЛ
ЕНТ Е ВАЛ

			Ниво на шума; Линейност на усилване; Вертикална линейност на дисплея; Линейност по хоризонтална (времева) ос.		
2.	Апаратура за магнитно-прахово изпитване	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировката; Тангенциална напрегнатост на магнитно поле; Повдигаща сила; Намагнитващ ток; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 9934-3; ОММ –2 Процедура за контрол на апаратура за магнитно-прахово изпитване	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 9934-3; Техническа спецификация;
3.	Индустриални UV - излъчватели	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Интензитет на UV светлина; Осветена площ; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 9934-3 ОММ-3 Процедура за контрол на индустриални UV - излъчватели	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 9934-3 Техническа спецификация;
4.	Промишлени негатоскопи	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Яркост на екрана; Равномерност на яркостта на екрана; Температура на контактните повърхнини на корпуса; Нагряване на екрана; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 5580 ОММ –4 Процедура за контрол на промишлени негатоскопи	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN ISO 5580 Техническа спецификация;
5.	Апаратура за електроискрово изпитване	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Стабилност на изпитващото напрежение при промяна на захранващото напрежение; Стойност на изпитващото напрежение; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); ОММ –5 Процедура за контрол на апаратура за електроискрово изпитване	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); Техническа спецификация;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

6.	Апаратура за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпроти вителен метод	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Стабилност на показанията при промяна на захранващото напрежение; Неточност на показанието; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); ОММ –6 Процедура за контрол на апаратура за определяне дълбочина на пукнатини чрез електросъпротивите лен метод	~~БДС EN 61010-1~~ (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); Техническа спецификация;
7.	Апаратура за вихровотоково изпитване	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Стабилност на показанията при промяна на захранващото напрежение; Показания след нулиране; Линейност на показанията за дефекти; Безопасност: Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); ОММ –7 Процедура за контрол на апаратура за вихровотоково изпитване	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); Техническа спецификация;
8.	Апаратура за определяне дебелина на покритие чрез магнитен и/или вихровотоков метод	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Стабилност на показанията при промяна на захранващото напрежение; Неточност на показанието.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3); ОММ –8 Процедура за контрол на апаратура за определяне на дебелина на покритие чрез магнитен и/или вихровотоков метод	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3); Техническа спецификация;
9.	Ултразвукови дебеломери	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Стабилност на показанията при промяна на захранващото напрежение; Неточност на показанието.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3); ОММ –9 Процедура за контрол на ултразвукови дебеломери	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3); Техническа спецификация;

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

10.	Индустриални променливотокови, постояннотокови и импулсни рентгенови апарати	На нови и в експлоатация апарати	Функционална годност: Идентификация; Трайност на маркировка; Аноден ток; Променливо и постоянно напрежение на излъчвателя; Еквивалентна доза; Размери на фокусно петно >1 mm; Радиационна защита: Лъчезащита; Мощност на еквивалентна доза, пропусната от защитния корпус; Безопасност: Изолационно съпротивление; Импеданс на защитно свързване.	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN 12543-2; ОММ –10 Процедура за контрол на променливотокови, постояннотокови, импулсни индустриални рентгенови апарати	БДС EN 61010-1 (т.5.1.2, т.5.3, т.6.5.2.4); БДС EN 12543-2; Техническа спецификация;

* Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 96 ОКС от 26.07.2024 г. валиден до 26.07.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от представител на "ОМЕЛ НДТ ЕК" ЕООД, с. Лозен, Столична община, ръководителя на ООС или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 96 ОКС от 21.10.2021г., валиден до 29.07.2024 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 649/21.10.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на юридическото лице в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор на ИА БСА