РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 395
гр. София, 28.10.2024 г.

На основание чл. 10 ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28 ал. 1 от Закон за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 40/132 ОКС/ПА/29.03.2024 г., доклад от оценка с вх. № 40/132 ОКС/ /В/19.08.2024 г. ,секция G-2 с вх. № 40/132 ОКС/7/В/22.08.2024 становище на Комисия по акредитация № 40/132 ОКС/ПА/8/В/ 16.10.2024 г

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ПАНДОРА" ЕООД, ГР. ВАРНА

ОРГАН ЗА КОНТРОЛ ОТ ВИДА С

Адрес на управление и на офис:
гр. Варна, 9000 ул. „Орлово гнездо" № 51

Да извършва контрол на:

Тип обхват: *гъвкав**.

№ по ред	Област на контрол	Вид на контрола	Контролиран параметър/ характеристика	Методи за изпитване/ измерване, използвани при контрол	Нормативни актове, стандарти, спецификации, схеми
1	2	3	4	5	6
1.	Кабелни електропроводни линии до 20 kV	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Контрол с повишено постоянно напрежение	БДС 2406 ПК 7.1-6	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) ТС
2	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на изолация	БДС 1986, т.3.3, а), б), д) и е) ПК 7.1-1	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) ТС
3	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Импеданс на контура „фаза-защитен проводник"	ПК 7.1-2	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) ТС
4	Електрически уредби и съоръжения до 1000 V	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Прекъсвачи за защита от токове с нулева последователност (Fi - прекъсвачи):	ПК 7.1-3	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) ТС

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

			- Ток на задействане; - Допирно напрежение.		
5	Електрически уредби и съоръжения до и над 1000 V	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Съпротивление на защитни заземителни уредби	ПК 7.1-4	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) ТС
			Съпротивление на мълниезащитни заземителни уредби	ПК 7.1-5	Наредба №3 (ДВ. бр.90 и 91/2004г.) Наредба №16-116 (ДВ, бр.26/2008г.) Наредба №4 (ДВ. бр. 6/2011г.) ТС
6	Физични фактори: Изкуствено осветление в работна и битова среда	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	Осветеност	„Методически указания за измерване на изкуствено осветление в сгради 40-85	БДС EN 12464-1 Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 9 (ДВ. бр. 46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр. 95/2003г.) Наредба № 49 (ДВ. бр. 7/1976г.) Наредба № 26 (ДВ. бр.103/2008г.) ТС
7	Физични фактори: Микроклимат в работна и битова среда	На нови и в експлоатация обекти/ съоръжения	- температура на въздуха; - относителна влажност на въздуха; - скорост на движение на въздуха	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр. 63/2014г.) БДС 16686	Наредба № РД-07-3 (ДВ. бр.63/2014г.) Наредба № 9 (ДВ. бр.46/1994г.) Наредба № 24 (ДВ. бр.95/2003г.) Наредба № 2 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 3 (ДВ. бр.15/2007г.) Наредба № 26 (ДВ. бр.103/2008г.) БДС 14776 ТС

**Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

Наредба №3 - за устройство на електрически уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и бр. 91/2004 г.);

Наредба №16-116 - за техническа експлоатация на енергообзавеждане (ДВ бр.26 /2008г.);

Наредба №4 - за мълниезащитата на сгради, външни съоръжения и открити пространства (ДВ бр. 45/2006);

Наредба № РД-07-3 - за минималните изисквания за микроклимата на работните места (ДВ, бр.63/01.08.2014г.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛ

Наредба № 2 - за здравните изисквания към компютърните и интернет зали за обществено ползване (ДВ, бр.15/ 2007 г.)

Наредба № 3 - за здравните изисквания към детските градини (ДВ бр.15/2007г.);

Наредба № 9 - за здравно-хигиенните изисквания при използване на персонални компютри в обучението и извънучебните дейности на учениците (ДВ бр. 46/1994г);

Наредба № 24 - за санитарно – хигиенни изисквания към дискотеките (ДВ бр. 95 / 2003 г);

Наредба №49 - за изкуственото осветление на сградите (ДВ, бр.7/1976 г.)

Наредба № 26 - за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях (ДВ бр. 103/03.12.2008г.);

Методически указания за измерване и оценка на изкуствено осветление в сгради 40-85, Издателство стандартизация, 1985г.;

Технически спецификации (ТС).

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 132 ОКС от 28.10.2024 г., валиден до 28.10.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от Орган за контрол от вид С при „ПАНДОРА" ЕООД, гр. Варна или друго упълномощено лице.

При получаване на издадения сертификат за акредитация и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оргиналите на сертификат за акредитация рег. № 132 ОКС/28.10.2020 г. и приложение-заповед № А 606 от 28.10.2020г.

Настоящата заповед да се съобщи на „ПАНДОРА" ЕООД, гр. Варна в 3(три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „БЪЛГАРСКА СЛУЖБА ЗА АКРЕДИТАЦИЯ" • РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ