РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 220

София, 30.06.2025 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег. № 339/82 ЛИ/ПА/13.11.2024 г., доклад на водещия оценител вх. № 339/82 ЛИ/ПА/4/В/24.03.2025 г. и становище на Комисията по акредитация вх. № 339/82 ЛИ/ПА/5/В/02.06.2025 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЕН СИСТЕМЕН ОПЕРАТОР ЕАД (ЕСО ЕАД)
ЦЕНТРАЛНА ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ЕНЕРГЕТИЧНИ МАСЛА (ЦЛЕМ)

Адрес на управление: 1618 София, бул. „Цар Борис" III, № 201

Адреси на лаборатория:
1. 1618 София, бул. "Овча купел" № 65А (ЦЛЕМ – София);
2. 4004 Пловдив, бул."Кукленско шосе"№17В (ЦЛЕМ – Пловдив)
3. 9020 Варна, бул. "Трети март", подстанция Варна – Север (ЦЛЕМ – Варна)

Да извършва изпитване и вземане на проби, както следва:

1. 1618 София, бул. "Овча купел" № 65А (ЦЛЕМ – София);

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Минерално изолационно масло	1.1 Съдържание на вода, μg/g	БДС EN 60814, т.1,т.2
		1.2 Киселинно число, mg KOH/g	БДС EN 62021–1
		1.3 Пробивно напрежение, kV	БДС EN IEC 60156
		1.4 Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90 ^{0}C, при 50 Hz	БДС EN 60247

в т.ч. вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Минерално изолационно	БДС EN IEC 60475, т.4.2.1, т.4.2.5, т.4.3, т. 4.4

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

Тип обхват: гъвкав		
	масло	

2. 4004 Пловдив, бул."Кукленско шосе"№17В (ЦЛЕМ – Пловдив)

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Минерално изолационно масло	1.1 Съдържание на вода, µg/g	БДС EN 60814, т.1,т.2
		1.2 Киселинно число, mg KOH/g	БДС EN 62021 –1
		1.3 Пробивно напрежение, kV	БДС EN IEC 60156
		1.4 Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90 ^{0}C, при 50 Hz	БДС EN 60247

в т.ч. вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Минерално изолационно масло	БДС EN IEC 60475, т.4.2.1, т.4.2.5, т.4.3, т. 4.4

3. 9020 Варна, бул. "Трети март", п/ст Варна – Север (ЦЛЕМ – Варна)

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: гъвкав			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Минерално изолационно масло	1.1 Съдържание на вода, µg/g	БДС EN 60814, т.1,т.2
		1.2 Киселинно число, mg KOH/g	БДС EN 62021 –1
		1.3 Пробивно напрежение, kV	БДС EN IEC 60156
		1.4 Тангенс от ъгъла на диелектричните загуби при 90 ^{0}C, при 50 Hz	БДС EN 60247

в т.ч. вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: гъвкав		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Минерално изолационно масло	БДС EN IEC 60475, т.4.2.1, т.4.2.5, т.4.3, т. 4.4

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 82 ЛИ/30.06.2025 г., валиден до 30.06.2029 г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД), ръководителя на Централна лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) при „Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Централна лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) при „Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 82 ЛИ/ 30.06.2021 г., валиден до 30.06.2025 г. и приложение заповед № А 394/30.06.2021 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Централна лаборатория за енергетични масла (ЦЛЕМ) при „Електроенергиен системен оператор" ЕАД (ЕСО ЕАД) в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. ИРЕНА БОРИСЛАВОВА
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"