РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 160

София, 01.06.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 3 и т. 4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.т. 6 и 7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура рег. № 450/168 ЛИ/ПА/РО/20.10.2025г., доклад рег. № 450/168 ЛИ/12/В/14.04.2026 г. и становище на Комисията по акредитация рег. № 450/168 ЛИ/ПА/РО/15/В/13.05.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ И РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

НА

ПЪТПЕРФЕКТ-Т ЕАД
ПЪТНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление: 7500, гр. Силистра, бул. „Македония", № 199
Адрес на лаборатория: 7610, с. Зафирово, общ. Главиница, обл. Силистра, УПИ II-632, Асфалтова база

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: *гъвкав**

№ по ред	**Наименование на изпитвани те продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1.	Скални материали/ добавъчни материали (1); Минерално брашно/фин пълнител (2);	1.1. Зърнометричен състав	БДС EN 933-1 (1), (2) ***
		1.2. Стойност на магнезиев сулфат	БДС EN 1367-2 (1)
		1.3. Плътност в насипно състояние	БДС EN 1097-3 (1)
		1.4. Съдържание на вода	БДС EN 1097-5 (1), (2) ***
		1.5. Пясъчен еквивалент	БДС EN 933-8 (1)
		1.6. Общ индекс на плоски зърна	БДС EN 933-3 (1)
		1.7. Коефициент на формата	БДС EN 933-4 (1)
		1.8. Плътност на зърната ρ_a, ρ_{rd}, ρ_{ssd} и абсорбцията на вода	БДС EN 1097-6 (1) (Метод с телена кошница), (Метод с пикнометър)
2.	Асфалтови смеси	2. Обемна плътност на асфалтови пробни тела	БДС EN 12697-6, Процедура B, D
		2.2. Максимална плътност	БДС EN 12697-5
		2.3. Съдържание на въздушни пори в асфалтови пробни тела	БДС EN 12697-8

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: *гъвкав**			
№ по ред	**Наименование на изпитвани те продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
		2.4. Изпитване по Маршал (Marshall): - стабилитет; - протичане;	БДС EN 12697-34
		2.5. Съдържание на разтворимо свързващо вещество	БДС EN 12697-1 (Метод центрофуга с непрекъснат поток)
		2.6. Зърнометричен състав	БДС EN 12697-2
		2.7. Температурата на асфалтова смес	БДС EN 12697-13
		2.8. Дебелина на асфалтовата настилка	БДС EN 12697-36, т. 6.1 (Разрушителен метод)
		2.9. Степен на уплътняване	БДС EN 12697-9 **
3.	Битуми	3.1. Пенетрация с игла	БДС EN 1426
		3.2. Температурата на омекване	БДС EN 1427
4.	Почви строителни	4.1. Максимална обемна плътност и оптимално водно съдържание	БДС 17146, (Н 100 и М 100); БДС EN 13286-2 Форми на Проктор А и В
		4.2. Плътност на почвата на място. Степен на уплътняване	AASHTO T 191; Наредба № РД–02-20-2 Приложение № 18
		4.3. Еластичен модул. Деформационни модули Е1, Е2, Е3; Отношение на деформационни модули Е2/Е1;	БДС 15130
5.	Бетон	5.1. Якост на натиск	БДС EN 12390-3

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип обхват: * *гъвкав*		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3
1.	Скални материали	БДС EN 932-1, т. 8.8
2.	Асфалтови смеси	БДС EN 12697-27, т. 4.1; т. 4.7
3.	Битуми	БДС EN 58, т. 8.2.2
4.	Почви строителни	БДС 17146, т. 5 БДС EN 13286-1

***Гъвкав обхват:** *Въвеждането на нова версия на стандарти/документи или стандарти/документи, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите с техните датирани версии.*

** Отменен стандарт, но незаменен по отношение на метода на изпитване.

***Забележка: За продукт Минерално брашно/фин пълнител (2), методите се прилагат съгласно указания на БДС EN 13043:2005+AC:2005/NA:2017.

Позоваване:
Наредба № РД-02-20-2 от 28 август 2018 г. за проектиране на пътища на МРРБ (обн., ДВ, бр. 79 от 2018 г., попр., бр. 90 от 2018 г., в сила от 26.10.2018 г.), Приложение № 18.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде сертификат за акредитация с рег. № 168 ЛИ/01.06.2026 г. валиден до 31.05.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя/представител на "Пътперфект-Т" ЕАД, ръководителя на Пътна лаборатория при "Пътперфект-Т" ЕАД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 168 ЛИ, издаден на 08.11.2024 г., валиден до 31.05.2026 г., валидна заповед към него № А 420/08.11.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на "Пътперфект-Т" ЕАД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева - Йорданова

Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"