



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация



*Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област*

ЗАПОВЕД

№ А 191

София, 22.06.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 2а във връзка с чл. 37, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, във връзка с чл. 5.3.1 от Процедура за акредитация и заповед на ИА БСА № А 190/22.06.2026 г.

ИЗМЕНЯМ

Заповед № 245/17.06.2024 г. издадена към сертификат
с рег. № 108/17.06.2024 г., валиден до 17.06.2028 г., както следва:

ФРАПОРТ ТУИН СТАР ЕЪРПОРТ МЕНИДЖМЪНТ АД ХИМИЧЕСКА ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:
9000, Варна, Летище Варна

Да извършва изпитвания на:

Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)
1	2	3	4
1.	Реактивно гориво	1.1.Киселинност(обща)	ASTM D 3242
		1.2.Наличие на активни серни съединения (Докторски тест)	ASTM D 4952
		1.3.Дестилационни характеристики(фракционен състав): - Начало на кипене - 10 % vol. дестилат, температура - 50 % vol. дестилат, температура - 90 % vol. дестилат, температура - Край на кипене, температура - Остатък - Загуби	ASTM D 86

Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
		1.4. Пламна температура	ASTM D 56
		1.5. Плътност при 15 °C	ASTM D 1298 ASTM D 7777
		1.6 Температура на начало на кристализация	ASTM D 2386
		1.7 Нетна топлина на изгаряне	ASTM D 4529
		1.8 Изпитание за корозия на медна пластинка, 2h при 100 °C	ASTM D 130
		1.9.Фактически смоли	ASTM D 381
		1.10 Взаимодействие с вода – състояние на междофазната повърхност	ASTM D 1094
		1.11 Модифициран индекс на воден сепарометър - гориво с антистатична присадка - гориво без антистатична присадка	ASTM D 3948
		1.12 Наличие на свободна вода и механически замърсители	ПККАГРПТСЗВПСГС М, МТ, 2005, Чл.92, Чл.95
		1.13 Наличие на механични замърсители чрез мембранен тест	ASTM D 2276
		1.14 Биомаса в реактивно гориво	ЛМ-02/2021
2.	Авиационен бензин	2.1 Наличие на свободна вода и механични замърсители	ПККАГРПТСЗВПСГС М, МТ, 2005, Чл.92, Чл.95
		2.2 Нетна топлина на изгаряне	ASTM D 4529
		2.3 Плътност при 15 °C	ASTM D 1298 ASTM D 7777
		2.4 <u>Дестилационни характеристики:</u> - Начало на кипене, температура - 10 vol % дестилат, температура - 40 vol % дестилат, температура - 50 vol % дестилат, температура - 90 vol % дестилат, температура - край на кипене, температура - сума от 10 vol % плюс 50 vol % дестилат, температура - остатък - загуби	ASTM D 86
		2.5 Температура на начало на кристализация	ASTM D 2386
		2.6 Определяне на корозия на медна пластинка, 2 h при 100 °C	ASTM D 130
		2.7 Взаимодействие с вода – изменение на обема	ASTM D 1094

Тип на обхвата: гъвкав за част от обхвата			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3	4
3.	Противообледенителна течност за обработка на въздухоплавателни средства	3.1 Коефициент на рефракция при 20 °C	ASTM D 1747
		3.2 pH	ASTM E 70
		3.4 Динамичен вискозитет при 20 °C -при концентрат -при смес с вода 50% / 50%	ASTM D 2196

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип на обхвата: гъвкав		
№ по ред	Наименование на продукта	Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)
1	2	3
1.	Реактивно гориво	Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателните средства с горива и смазочни материали. Министерство на транспорта, 2005, Приложение 3 към Чл.73(2); БДС ISO 3170
2.	Авиационен бензин	
3.	Противообледенителна течност за обработка на въздухоплавателни средства	

Гъвкав обхват: Въвеждането на нова версия на стандартите или стандартите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандарти с техните датирани версии.

Позовавания:

ПККАГРПТСЗВПСГСМ, МТ, 2005 г.: „Правила за контрол на качеството на авиационното гориво и работни процедури при транспортиране, съхраняване и зареждане на въздухоплавателни средства с горива и смазочни материали“, Министерство на транспорта, 2005 г.

Фиксиран обхват: ЛМ-02/2021 Лабораторен метод „Определяне микробиологично замърсяване на реактивно гориво“ от 20.07.2021 г.

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 108 ЛИ/22.06.2026 г., валиден до 17.06.2028 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от оперативен директор на летища, ръководителя на Химическа изпитвателна лаборатория към „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, гр. Варна или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

При получаване на издадения сертификат и приложение настоящата заповед, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация с рег. № 108 ЛИ/17.06.2024 г., валиден до 17.06.2028 г. и заповед към него № А 245/17.06.2024 г.

Настоящата заповед да се съобщи на Химическа изпитвателна лаборатория към „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт“ АД, гр. Варна в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.


инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“

