РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 206
София, 02.07.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 2 и чл. 20, ал. 6 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и във връзка с т. 4.3.7 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 47-ЛК/12.06.2026 г., доклад от оценка на място рег. № 47-ЛК/5/Е/30.03.2026 г., доклад за коригиращи действия G-2 вх. № 47-ЛК/12/В/01.06.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 47- ЛК/13/В/02.07.2026 г.

АКРЕДИТИРАМ

ЕЛПРОМ ХЕВИ ИНДЪСТРИС АД

ЛАБОРАТОРИЯ „СТЪПАЛНИ РЕГУЛАТОРИ"

Адрес на управление и на лаборатория:
1271 София, кв. Илиянци, бул. „Рожен" № 41

Да извършва калибриране:

Тип обхват: *Фиксиран*

№ ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2	3	4	5	6
1	Цифров термометър	Температура, °C	от 20 °C до 200 °C	от 0,18 °C до 0,42 °C	РП 7.02-1-8-0: 2026

Забележка: *Калибрирането на средствата за измерване се извършва само в помещенията на лабораторията*

Позоваване:
1. РП 7.02-1-8-0:2026 – Калибриране на цифрови термометри

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 28 ЛК от 02.07.2026 г., валиден до 01.07.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управител на „Елпром Хеви Индъстрис" АД, ръководителя на Лаборатория „Стъпални регулатори" към „Елпром Хеви Индъстрис" АД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

Настоящата заповед да се съобщи на „Елпром Хеви Индъстрис" АД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" № 52 А, ет.7
Тел: +359 2 9766 401; +359 2 873 53 02
e-mail: office@nab-bas.bg; web: www.nab-bas.bg