



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

Изпълнителна агенция

Българска служба за акредитация

Страна по Многостраниното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област



ЗАПОВЕД

№ А 221

София, 14.07.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и във връзка с т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 38/20 ЛК/ПА/02.02.2026г., доклад от оценка на място рег. № 38/20 ЛК/6/В/09.04.2026 г., доклад за коригиращи действия G-2 рег. № 38/20 ЛК/14/В/16.06.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 38/20 ЛК/15/В/09.07.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

КАЛИБРАТОР ЛАБ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА КАЛИБРИРАНЕ

Адрес на управление: 1404 София, кв. Гоце Делчев бл. 37, вх. Б, ет. 8, ап. 47

Адрес на лаборатория:

Офис 1: 1229 София, кв. Надежда 3, ул. "Кумановски Бой" № 19

Офис 2: 1618 София, кв. Овча купел, бул. „Президент Линкълн“ № 98

Да извършва калибриране на:

Тип на обхвата: фиксиран

№ по ред	Вид на средството за измерване	Измервана величина, измервателна единица	Обхват на измерване	Неопределеност на измерване	Метод за калибриране
1	2 ²	3 ³	4 ⁴	5 ⁵	6 ⁶
1	Резервоари* 1.1. Хоризонтални резервоари, изработени от метал, монтирани стационарно и върху подвижни платформи	Обем, m ³	До 100 m ³	0,30 %	M_03/26:2026 (обемен метод)
		Обем, m ³	До 100 m ³	0,20 %	M_02/26:2026 (лентов метод)
		Обем, m ³	От 100 m ³ до 400 m ³	0,20 %	M_02/26:2026 (лентов метод)
	1.2. Вертикални цилиндрични резервоари	Обем, m ³	До 100 m ³	0,30 %	M_03/26:2026 (обемен метод)
		Обем, m ³	До 20 000 m ³	0,20 %	M_01/26:2026 (лентов метод)
	1.3. Резервоари с различна	Обем, m ³	До 100 m ³	0,30 %	M_03/26:2026 (обемен метод)

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ
ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

	геометрична форма				
2	Разходомери **за вода и за течности, различни от вода	Обем, m ³ при зададен разход (от 3 m ³ /h до 9 m ³ /h)	от 0,02 m ³ до 0,30 m ³	0,15 %	M_04/26:2026 (тегловен метод)
		Обем, m ³ при зададен разход от (9 m ³ /h до 75 m ³ /h)	от 0,30 m ³ до 2,50 m ³	0,20%	M_04/26:2026 (тегловен метод)
3	Метални мерки**	Обем, l	от 10 l до 50 l	0,16 %	M_05/26:2026 (тегловен метод)

* Калибриране на средства за измерване се извършва на място при клиента;

** Калибриране на средства за измерване се извършва в помещение на лабораторията

Позовавания:

M_01/26:2026 - Методика за калибриране на вертикални резервоари по геометричен метод (БДС ISO 7507-1:2016 Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на вертикални цилиндрични резервоари. Част 1: Лентов метод)

M_02/26:2026 - Методика за калибриране на хоризонтални резервоари по геометричен метод (ISO 12917-1:2017/Amd1:2025 Нефт и течни нефтопродукти. Калибриране на хоризонтални цилиндрични резервоари. Част 1: Ръчни методи)

M_03/26:2026 - Методика за калибриране на резервоари по обемен метод (ISO 4269:2001 Нефт и течни нефтени продукти. Калибриране на резервоара чрез измерване на течността. Стъпков метод с нарастване, използващ разходомери за обем)

M_04/26:2026 - Методика за калибриране на разходомери за вода и за течности, различни от вода по тегловен метод

M_05/26:2026 - Методика за калибриране на метални мерки за обем по тегловен метод (Euramet Calibration Guide No. 19 Version 3.0 (09/2018))

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 20 ЛК от 14.07.2026 г. валиден до 13.07.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „Калибратор Лаб“ ЕООД, ръководителя на Лаборатория за калибриране към „Калобратор Лаб“ ЕООД или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 20 ЛК/30.09.2025 г., валиден до 13.07.2026 г. и приложение - заповед на ИА БСА № А 312/30.09.2025 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Калибратор Лаб“ ЕООД в 3 (три)- дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова

Изпълнителен директор

на ИА „Българска служба за акредитация“