РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 248

София, 30.07.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4 и т. 3 и чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т.6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура с рег. № 405/64 ЛИ/ПА/РО/18.02.2026 г., доклад от оценка вх. № 405/64 ЛИ/В/12.03.2026 г., становище на Комисия по акредитация № 405/64 ЛИ/ПА/РО/5/В/25.06.2026 г.,

ПРЕАКРЕДИТИРАМ
И
РАЗШИРЯВАМ ОБХВАТА НА АКРЕДИТАЦИЯ

МЕСЕР БЪЛГАРИЯ ЕООД

ЛАБОРАТОРИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕ "ЧИСТИ ГАЗОВЕ И ГАЗОВИ СМЕСИ"

Адрес на управление: 1528 София, ул. „Димитър Пешев", № 3а
Адрес на лаборатория: 3000 Враца, ул. „Шосе за Мездра"

Да извършва изпитване:

Тип обхват: фиксиран

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/валидирани)**
1	2	3	4
1	Двукомпонентна газова смес метан (CH_4) в допълващ газ: аргон, азот, въглероден диоксид, хелий, синтетичен въздух	Съдържание на метан (CH_4)	БДС EN ISO 6143:2025
2	Двукомпонентна газова смес водород (H_2) в допълващ газ: аргон, азот, въглероден диоксид, синтетичен въздух	Съдържание на водород (H_2)	БДС EN ISO 6143:2025
3	Двукомпонентна газова смес въглероден оксид (CO) в допълващ газ: аргон, азот, въглероден диоксид, синтетичен въздух	Съдържание на въглероден оксид (CO)	БДС EN ISO 6143:2025
4	Двукомпонентна газова смес въглероден диоксид (CO_2) в допълващ газ: аргон, азот, хелий,	Съдържание на въглероден диоксид (CO_2)	БДС EN ISO 6143:2025

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

	синтетичен въздух		
5	Двукомпонентна газова смес хелий (He) в допълващ газ:аргон,азот, въглероден диоксид, синтетичен въздух	Съдържание на хелий (He)	БДС EN ISO 6143:2025
6	Двукомпонентна газова смес кислород (O_2) в допълващ газ: аргон, азот, въглероден диоксид, хелий	Съдържание на кислород (O_2)	БДС EN ISO 6143:2025
7	Двукомпонентна газова смес пропан (C_3H_8) в допълващ газ:аргон, азот, хелий,синтетичен въздух	Съдържание на пропан (C_3H_8)	БДС EN ISO 6143:2025
8	Двукомпонентна газова смес бутан (C_4H_{10}) в допълващ газ: аргон, азот, хелий, синтетичен въздух	Съдържание на бутан (C_4H_{10})	БДС EN ISO 6143:2025
9	Четирикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO_2) и пропан (C_3H_8) в допълващ газ аргон, азот, хелий, водород, синтетичен въздух	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Въглероден диоксид(CO_2) - Пропан (C_3H_8)	БДС EN ISO 6143:2025
10	Петкомпонентна газова смес въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO_2), пропан (C_3H_8) и кислород (O_2) в допълващ газ: аргон, азот, хелий	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Въглероден диоксид (CO_2) - Пропан (C_3H_8) - Кислород (O_2)	БДС EN ISO 6143:2025
11	Трикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO) и хелий (He), в допълващ газ: аргон, азот и синтетичен въздух	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Хелий (He)	БДС EN ISO 6143:2025
12	Четирикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO_2)и водород (H_2) в допълващ газ: аргон, азот, хелий	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Въглероден диоксид (CO_2) - Водород (H_2)	БДС EN ISO 6143:2025
13	Четирикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO), въглероден диоксид (CO_2) и метан(CH_4) в допълващ газ: аргон, азот, хелий	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Въглероден диоксид (CO_2) - Метан(CH_4)	БДС EN ISO 6143:2025
14	Четирикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO), водород (H_2) и метан (CH_4) в допълващ газ: аргон, азот	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Водород (H_2) - Метан (CH_4)	БДС EN ISO 6143:2025
15	Четирикомпонентна газова смес кислород (O_2),въглероден диоксид (CO_2) и хелий (He) в допълващ газ: аргон, азот	Съдържание на: - Кислород (O_2) - Въглероден диоксид (CO_2) - Хелий (He)	БДС EN ISO 6143:2025
16	Трикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO) и (CO_2), в допълващ газ: аргон, азот	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Въгл.диоксид (CO_2)	БДС EN ISO 6143:2025
17	Трикомпонентна газова смес въглероден оксид (CO) и кислород (O_2) в допълващ газ: аргон, азот	Съдържание на: - Въглероден оксид (CO) - Кислород (O_2)	БДС EN ISO 6143:2025
18	Трикомпонентна газова смес въглероден диоксид (CO_2) и кислород(O_2), в допълващ газ: аргон, азот	Съдържание на: - Въглероден диоксид (CO_2) - Кислород (O_2)	БДС EN ISO 6143:2025

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 64 ЛИ от 30.07.2026 г., валиден до 29.07.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „Месер България" ЕООД, гр. Враца, ръководителя на Лаборатория за изпитване „Чисти газове и газови смеси" при „Месер България" ЕООД, гр. Враца или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на сертификат за акредитация рег. № 64 ЛИ/12.11.2025г., валиден до 29.07.2026 г. и заповед за акредитация № А 353/12.11.2025 г., валидна до 29.07.2026 г.

Настоящата заповед да се съобщи на „Месер България" ЕООД, гр. Враца в 3 (три)-дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"