РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение
за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 245

София, 30.07.2026г.

На основание чл. 10, ал. 1, т.4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитацията на органи за оценяване на съответствието и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 във връзка с открита процедура за преакредитация рег. №461/243 ЛИ/ПА/20.01.2026г., доклад на водещия оценител вх.№461/243 ЛИ/5/В/ 20.02.2026г. и становище на Комисията по акредитация вх.№461/243 ЛИ/ПА/7/В/ 13.07.2026г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

„ЕЛПРОМ ХЕВИ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД
ИЗПИТВАТЕЛНА ЛАБОРАТОРИЯ „ТРАНСФОРМАТОРИ"

Адрес на управление и лаборатория: 1271 София,кв.Илиянци,бул."Рожен" №417

Да извършва изпитвания на:

Тип обхват: гъвкав*

№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
1.	Силови трансформатори с номинална мощност до 275 MVA и номинално напрежение до 420 kV	1.1. Съпротивление на изолацията между всяка намотка и земя и между намотките	БДС EN 60076-1, т. 11.1.2.2, b (IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2, b) БДС EN 60076-1, т. 11.1.4, h (IEC 60076-1, cl. 11.1.4, h)
		1.2. Капацитет - намотки към земя и между намотките и тангенс на ъгъла на диелектричните загуби (tgδ) в капацитетите на изолационната система	БДС EN 60076-1, т. 11.1.2.2, a (IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2, a) БДС EN 60076-1, т. 11.1.4, c (IEC 60076-1, cl. 11.1.4, c) БДС EN 60076-1, т. 11.1.2.2, c (IEC 60076-1, cl. 11.1.2.2, c) БДС EN 60076-1, т. 11.1.4, d (IEC 60076-1, cl. 11.1.4, d)
		1.3. Съпротивление на намотките	БДС EN 60076-1, т. 11.2 (IEC 60076-1, cl. 11.2)
		1.4. Коефициент на трансформация и фазово изместване	БДС EN 60076-1, т. 11.3 (IEC 60076-1, cl. 11.3)
		1.5. Импеданс и загуби на късо съединение	БДС EN 60076-1, т. 11.4 (IEC 60076-1, cl. 11.4)
		1.6. Загуби и ток на празен ход	БДС EN 60076-1, т. 11.5 (IEC 60076-1, cl. 11.5)

гр. София 1797, бул. "Г.М.Димитров" №52 А, ет.7
Тел: +359 9766 401; Факс: (+3592) 9766 415
e-mail: office@nab-bas.bg

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Тип обхват: гъвкав*			
№ по ред	Наименование на изпитваните продукти	Вид на изпитване/ характеристика	Методи за изпитване (стандарт/ валидиран метод)
1	2	3	4
		1.7. Импеданс(и) с нулева последователност на трифазни трансформатори	БДС EN 60076-1, т. 11.6 (IEC 60076-1, cl. 11.6)
		1.8. Изолация на магнитопровод и притегателна система	БДС EN 60076-1, т.11.12 (IEC 60076-1, cl. 11.12)
		1.9. Изпитване на прегряване	БДС EN 60076-2 (IEC 60076-2)
		1.10. Изпитване с приложено напрежение	БДС EN 60076-3, т. 10 (IEC 60076-3, cl. 10)
		1.11. Изпитване за издържане на индуктирано напрежение	БДС EN 60076-3, т. 11.2 (IEC 60076-3, cl. 11.2)
		1.12. Изпитване с индуктирано напрежение с измерване на частични разряди	БДС EN 60076-3:2013 т. 11.3(IEC 60076-3:2013 cl. 11.3)
		1.13. Изпитване за издържане на променливо напрежение на линейни изводи	БДС EN 60076-3, т. 12 (IEC 60076-3, cl. 12)
		1.14. Изпитване с мълниев импулс с пълна вълна	БДС EN 60076-3, т.13.2, 13.4 (IEC 60076-3, cl.13.2, 13.4)
		1.15. Изпитване с мълниев импулс със срязана вълна.	БДС EN 60076-3, т.13.3 (IEC 60076-3, cl.13.3)
		1.16. Изпитване с комутационен импулс	БДС EN 60076-3, т.14 (IEC 60076-3, cl.14)
		1.17. Ниво на звука	БДС EN 60076-10 (IEC 60076-10)
2.	Стъпални регулатори и превключватели без възбуждане с номинално напрежение до 362 kV	2.1. Изпитване с мълниев импулс с пълна вълна	БДС EN 60214-1, т. 5.2.8.5; т.7.2.5.5 (IEC 60214-1, cl. 5.2.8.5; cl.7.2.5.5)
		2.2. Изпитване с мълниев импулс със срязана вълна	БДС EN 60214-1, т. 5.2.8.6; т.7.2.5.6 (IEC 60214-1, cl. 5.2.8.6; cl.7.2.5.6)
		2.3. Изпитване с комутационен импулс	БДС EN 60214-1, т. 5.2.8.7; т.7.2.5.7 (IEC 60214-1, cl. 5.2.8.7; cl.7.2.5.7)
		2.4. Изпитване с приложено напрежение.	БДС EN 60214-1, т. 5.2.8.8; т.7.2.5.8 (IEC 60214-1, т. 5.2.8.8; cl.7.2.5.8)
		2.5. Измерване на частични разряди	БДС EN 60214-1, т. 5.2.8.9; т.7.2.5.9 (IEC 60214-1, cl. 5.2.8.9; cl.7.2.5.9)

**Въвеждането на нова версия на стандартите или стандарти, които ги заменят е разрешено. Актуален списък на стандартите с техните датирани версии се предоставя от ООС.*

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

НАРЕЖДАМ:

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег.№243 ЛИ/30.07.2026г., валиден до 29.07.2030г., с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението да се получат от управителя на „ЕЛПРОМ ХЕВИ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД, ръководителя на Изпитвателна лаборатория „ТРАНСФОРМАТОРИ" при „ЕЛПРОМ ХЕВИ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД, или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение Изпитвателна лаборатория „ТРАНСФОРМАТОРИ" при „ЕЛПРОМ ХЕВИ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД е длъжна да върне в ИА БСА, оригиналите на Сертификат за акредитация рег.№243 ЛИ/29.07.2022г., валиден до 29.07.2026г. и приложение заповед № А 485/29.07.2022г.

Настоящата заповед да се съобщи на Изпитвателна лаборатория „ТРАНСФОРМАТОРИ" при „ЕЛПРОМ ХЕВИ ХЕВИ ИНДЪСТРИС" АД в 3 (три) – дневен срок от издаването ѝ.

Инж. Мария Илиева-Йорданова;

Изпълнителен директор
На ИА „Българска служба
за акредитация"