РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Изпълнителна агенция
Българска служба за акредитация

Страна по Многостранното споразумение за взаимно признаване на ЕА в тази област

ЗАПОВЕД

№ А 269

София, 17.08.2026 г.

На основание чл. 10, ал. 1, т. 4, чл. 28, ал. 1 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието, и т. 6 от Процедура за акредитация BAS QR 2 на ИА БСА, във връзка с открита процедура рег. № 497/225 ЛИ/ПА/02.03.2026 г., доклад от оценка № 497/225 ЛИ/6/В/01.07.2026 г. и становище на Комисия по акредитация № 497/225 ЛИ/ПА/7/В/31.07.2026 г.

ПРЕАКРЕДИТИРАМ

ЦЕНТРАЛНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД
ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ

Адрес на управление и на лаборатория:
1220, гр. София, кв. Военна рампа, ул. „Локомотив" № 1

Да извършва изпитване на:

Тип обхват: *гъвкав* *

№ по ред	**Наименование на изпитваните продукти**	**Вид на изпитване/ характеристика**	**Методи за изпитване (стандартизирани/ валидирани)**
1	2	3	4
1	Минерално изолационно масло	Водоразтворими киселини и основи	БДС 5252
		Плътност	БДС EN ISO 3675
		Киселинно число	БДС EN 62021-1
		Пробивно напрежение при промишлена честота до 70 kV	БДС EN 60156
		Съдържание на вода	БДС EN 60814, т.1, т.2
		Коефициент на диелектрично разсейване	БДС EN 60247
		Специфично съпротивление	БДС EN 60247
		Корозивна сяра върху медно фолио	ASTM D1275
		Кинематичен вискозитет	БДС EN ISO 3104

САМО ОРИГИНАЛНИЯТ ДОКУМЕНТ Е ВАЛИДЕН

Да извършва вземане на проби/извадки от:

Тип на обхвата: *гъвкав**		
№ по ред	**Наименование на продукта**	**Методи за вземане на проби/извадки (стандартизирани/ валидирани)**
1	**2**	**3**
1	Минерално изолационно масло	БДС EN 60475, т. 4.2.1; т. 4.2.5, т. 4.3; т. 4.4

Гъвкав обхват:

**Въвеждането на нова версия на стандартите/документите или стандартите/документите, които ги заменят е разрешено. Лабораторията поддържа актуален списък на стандартите/документите с техните датирани версии.*

НАРЕЖДАМ

Да се издаде Сертификат за акредитация с рег. № 225 ЛИ/17.08.2026 г., валиден до 16.08.2030 г. с приложение настоящата заповед, неделима част от него.

Сертификатът за акредитация с приложението, да се получат от Управителя на ЦЕНТРАЛНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД, ръководителя на Химическа лаборатория или друго упълномощено лице в сградата на ИА БСА.

При получаване на издадения сертификат и приложение, акредитираното лице е длъжно да върне в ИА БСА оригиналите на Сертификат за акредитация рег. № 225 ЛИ/27.05.2025г., валиден до 15.08.2026г., и приложение заповед за акредитация № А 177/27.05.2025г.

Настоящата заповед да се съобщи на ЦЕНТРАЛНА ХИМИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ ЕООД в 3 (три)* дневен срок от издаването ѝ.

инж. Мария Илиева-Йорданова
Изпълнителен директор
на ИА „Българска служба за акредитация"